オホーツク海北海道沿岸における可搬型マイクロ波放射計 MMRS を 用いた船上海氷観測

戸城亮¹, 榎本浩之¹, 館山一孝¹, 豊田威信², 宇都正太郎³

¹北見工業大学, ²北海道大学低温科学研究所, ³海上技術安全研究所

1. はじめに

2006年2月中旬にオホーツク海北海道沿岸において、海上保安庁のアイスパトロールの一環として砕氷船「そうや」による海氷観測が行われた。可搬型マイクロ波放射計(MMRS: Microwave/Milliwave Radiometer System)による観測は新しい試みであり、今回は動作確認と基礎データ取得を目的として観測を行った。MMRSで使用した周波数は海氷分布観測に使用されている36GHzで、この周波数を用いて海氷および海水表面から放射されるマイクロ波を連続観測した。マイクロ波輝度温度は海氷および海水表面からの射出率によって決定されている(Carsey, 1992)。従来は衛星搭載のマイクロ波放射計データと現場の目視観測、EM観測などのデータと比較が行われていた。今回は、これらとMMRSによるマイクロ波放射の比較が出来るようになった。

2. SIRAS-06の概要、目的

巡視船「そうや」による海氷観測は、海上保安庁の協力のもとで毎年2月に実施されており、海上保安庁との共同観測が本格的に始まってから、今年で11年目を迎えた(館山, 2003:北海道の雪氷, pp7-10)。今年の観測は、リモートセンシングの現場検証データを得るために、海氷に関わる基礎データを採取することを目的とし、航海期間中の2006年2月11日~2月15日までの計5日間にわたって実施された。今年は氷況が全体的に比較的緩かったこともあり、ほぼ予定された航路に

沿って順調に航行した(図1)。参考に期間中の2006年2月13日の気象庁HPに公開されているRADARSAT画像を図2に示す。

図1 SIRAS-06の観測ルート

図2 観測期間中のRADARSAT画像
(2006年2月13日、気象庁HP)

3. MMRS 観測

・観測装置

今回使用した可搬型マイクロ波放射計 MMRS を図 3.a)に、仕様を表 1 に示す。

また、MMRS の架台にビデオカメラ、放射温度計、2 軸傾斜計を取り付け、同時観測を行った。

・観測目的

オホーツク海における海水のマイクロ波特性の調査を行うことが目的である。本観測は将来的に海水の厚さや面積、移動を衛星搭載マイクロ波放射計 (AMSR-E、SSM/I) から高精度で観測するために、現場検証を MMRS で行う。MMRS による観測は新しい試みであり、今回は動作確認と基礎データ取得を目的として観測を行った。以下に動作確認の主な内容を示す。

(1)装置の耐寒、耐水および耐塩性

(2)着氷、着雪による影響

・観測概要

MMRS の入射角を AMSR-E と同じ 55 度で固定し (図 3.b)、36GHz 帯の垂直偏波を用いて、海氷および海水表面から放射されるマイクロ波を連続観測(1 秒毎)した。

表 1. MMRS 装置の仕様

外寸	680 × 540 × 250(mm)
質量	18kg
周波数帯	36.5GHz ± 1GHz
偏波	垂直/水平偏波 (今回は垂直偏波のみ使用)
観測温度	3K ~ 340K
温度分解能	0.5K
耐久温度	-5度 ~ 40度
耐久湿度	80%以下
空間分解能	2.5m (観測位置までの距離が20mの時)
三菱電機特機システム株式会社製造

図 3.a) MMRS の外観

図 3.b) MMRS の設置状況 (甲板左舷側)

4. MMRS 観測結果

4.1 MMRS 観測結果

今回の観測期間内における MMRS での観測結果を図 4 に示す。図 4 は縦軸が輝度温度 (K) で横軸が時間である。また、図中の写真は海面状態を示す。観測期間内において 2 月 11 日は 1 日での輝度温度の変動が最も大きく、最大 243K、最小 143K であった。一方、変動が最も小さかったのは 2 月 14 日であり、はじめ数時間の輝度温度の大きな変動を除くと 180~190K の間を推移している。この両日については 4.2 節にて詳しく解説する。その他 2 月 12、13、15 日は 140~200K の間を推移しており、海面状態は海水面および新生氷であったと推測できる。輝度温度の絶対値は全体的に低いが海面の海氷/海水状態を判別することは可能であると思われる。

図4 2006MMRS 観測結果

4.2 輝度温度と EM による海水密度度、海水厚および赤外放射温度との比較

2月11、14日について詳しく解説する。まず、2月11日をもてみる。図5.a)はMMRSによる輝度温度、図5.b)はEMによる海水密度度、海水厚、図5.c)は赤外放射温度を示す。縦軸は図5.a)が輝度温度(K)、図5.b)は海水密度度(%)および海水厚(m)、図5.c)は赤外放射温度(°C)であり、横軸は時間である。図5.a)は4.1節でも解説した通り、1日での輝度温度の変動が最も大きかった日である。観測時の海水状態の参考として図5.b)、図5.c)を示す。輝度温度と海水密度度および海水厚を比較すると、正の相関があることがわかる。また、赤外放射温度は海水面では海水の結氷温度である -1.8°C 付近と高く、海氷面では -6.0°C ~ -2.0°C の間で変動しており、輝度温度とは負の相関関係があるといえる。よって、海水厚が0.6m未満の海水および海水面に対して輝度温度は海面状態を捉えていることがわかる。

図5 2006年2月11日

a)MMRSによる輝度温度

b)EM法による海水密度度、氷厚

c)赤外放射温度

次に、2月14日を見してみる。図6. a)は4.1節でも解説した通り、1日での輝度温度の変動が最も小さかった日である。同様に観測時の海氷状態の参考として図6. b)、図6. c)を示す。輝度温度と海水密接度および海水厚を比較すると、相関がみられなかった。また、赤外放射温度ははじめの数時間は大きな変動輝度あり、以降 -4.5°C および -3.0°C 付近と安定した数値を示しており、輝度温度とは負の相関関係があるといえる。よって、輝度温度が $180\sim 190\text{K}$ の間を推移していたところにおいては海氷上の積雪を捉えていた可能性が高い。

図6 2006年2月14日

- a)MMRS による輝度温度
- b)EM 法による海水密接度、氷厚
- c)赤外放射温度

5. まとめ

本節では MMRS による海氷観測について報告した。今回の目的であった MMRS の動作確認等を大きな問題もなく終了することができ、かつオホーツク海南部の海水分布を知る上での有益なデータを得ることができた。今回の MMRS 観測で得られた結果をまとめると次のようになる。

- (1)最低気温 -12.1°C の冬期海上で連続してデータを得ることができ、装置の耐寒、耐水および耐塩性において問題はなかった。
 - (2) ケーブルの周りに雪が積もったとき、接触不良が生じたときがあった。今後、接続部の改良が必要である。
 - (3) 海水厚が 0.6m 未満の海氷および海水面に対して輝度温度は海面状態を捉えていた。
 - (4) 海氷上に積雪がある場合、輝度温度は海氷上の積雪を捉えていた可能性が高い。
- 今回の MMRS 観測では 1 点校正であったためデータノイズが 20K 程度あったが、現在は 2 点校正であり、データノイズは 1K 以内に収まっている。

今後は、衛星データの検証のために Aqua 搭載の AMSR-E データなどとの比較検証を行う。

謝辞

本観測での MMRS 設置の際に、多大なご協力をして頂きました第一管区海上保安部、海洋情報部ならびに三菱電機特機システム株式会社の方々から感謝いたします。

参考文献

Carsey .Frank D .,1992: Microwave Remote Sensing of Sea Ice, pp50